

## ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

### ด้านที่ 5 ความปลอดภัย

#### 5.9.2 มีการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

แผนการตรวจสอบ ทดสอบและซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์				
แผนการซ่อมบำรุง รักษา ระบบก๊าซทางการแพทย์ งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลปรังค์กู๋				
ลำดับที่	รายการ	ความถี่	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ตรวจสอบความดันแรงดันก๊าซ	รายวัน	เช็คความดันแรงดันก๊าซ/ตรวจวัดปริมาณก๊าซให้พร้อมใช้งาน	พนักงานเวรเปล
2	ตรวจสอบท่อส่งก๊าซ	รายวัน	ใช้น้ำอุณหภูมิปกติฉีดต่อก๊าซ เพื่อละลายน้ำแข็งที่จับตัวตามท่อก๊าซ	พนักงานเวรเปล / ช่าง รพ.
3	ตรวจสอบถังในก๊าซ	รายปี	เช็ควัดแรงดัน/เช็คจุดต่อต่อก๊าซ/ระบบไฟเตือน/เช็คระบบ safety ถังก๊าซ/เช็คระบบ safety ระบบจ่ายก๊าซ	ช่างผู้เชี่ยวชาญ/บริษัท

